

|                        |                                                                                      |                 |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>SIMA<br/>PHARMA</b> | Form                                                                                 | SP-PR-LIB-F-013 | Status : APPLICABLE              |
|                        | <b>Certificate of Analysis DIVERSEY for ClearKlens<br/>Cleansinald RTU VH9S 4x5L</b> |                 | Date of application : 13/07/2023 |
|                        |                                                                                      |                 | Index : 01                       |

|                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>ClearKlens Cleansinald RTU VH9S 4x5L<br/>SKU 100848253</b> |             |
| <b>Batch Number</b>                                                                                                                            | SPH28082023 |
| <b>Production date</b>                                                                                                                         | 08/2023     |
| <b>Expiration Date</b>                                                                                                                         | 01/2025     |

This is to certify that the above batch of product has been tested and conforms to the manufacturing Quality Control specification for the product.

| <b>ClearKlens Cleansinald VH9S RTU</b> |                    |                        |             |                        |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Test</b>                            | <b>Test Method</b> | <b>Specification</b>   | <b>Unit</b> | <b>Results</b>         |
| Appearance                             | PS-CON-I-029       | Clear colorless liquid | N/A         | Clear colorless liquid |
| Relative density (20°C)                | PS-CON-I-027       | 0.990 – 1.010          | -           | 1.001                  |
| pH (neat Solution 20°C)                | PS-CON-I-040       | 9.0 – 11.4             | -           | 10.8                   |
| Content of cationic substances (%)     | PS-CON-I-034       | 0.070 – 0.090          | %           | 0.075                  |

| <b>Water routine test</b>            |                                       |               |             |    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|----|
| Microbiological Quality of WFI Water | Water PPI VRAC European pharmacopoeia | <10 cfu/100ml | CFU / 100mL | <1 |

#### Control of the Sterility of the product:

| <b>Test</b>           | <b>Test Method</b>                                     | <b>Specification</b> | <b>Conformity</b> | <b>Reference number</b>         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Sterilization         | Gamma Irradiation                                      | 25.0 – 45.0 (kGy)    | C                 | FR02S12751857-1-1<br>2013-1211A |
| Sterility certificate | Membrane filtration sterility testing<br>EP 11.0 2.6.1 | No Growth            | C                 | 23/CBH/STE/227                  |

The analysis results above could change over time in function of the storage temperature. It is imperative to store the products according to the recommended conditions indicated in the Safety Data Sheet.

|                        |                                                                                      |                 |                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>SIMA<br/>PHARMA</b> | Form                                                                                 | SP-PR-LIB-F-013 | Status : APPLICABLE              |
|                        | <b>Certificate of Analysis DIVERSEY for ClearKlens<br/>Cleansinald RTU VH9S 4x5L</b> |                 | Date of application : 13/07/2023 |
|                        |                                                                                      |                 | Index : 01                       |

|                                                                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  <b>ClearKlens Cleansinald RTU VH9S 4x5L<br/>SKU 100848253</b> |             |
| <b>Batch Number</b>                                                                                                                            | SPH28082023 |
| <b>Production date</b>                                                                                                                         | 08/2023     |
| <b>Expiration Date</b>                                                                                                                         | 01/2025     |

*We certify that, except for the exceptions or deviations listed above, the quoted supply has been manufactured and tested in accordance with the requirements of the specifications in force*

| <b>SIMA-PHARMA Control<br/>(Responsible for the production process of the<br/>final product) :</b>                                                                                                                         | <b>Stamp and signature</b>                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name:</b> E. JACQUIN<br><b>Position:</b> General Manager<br><b>Produced on behalf of Diversey at:</b><br>Sima Pharma: Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Av. de la<br>Plaine, 13790 Rousset, France<br><b>Date:</b> 28/05/23 |  |

\*\*\*End of certificate of analysis\*\*\*

For further information, please contact Diversey at [pharma@diverseyl.com](mailto:pharma@diverseyl.com)

**Rapport d'essai - Essai de stérilité par la méthode de filtration sur membrane**  
**Test report - Membrane filtration sterility testing**

 selon la Pharmacopée Européenne 11<sup>e</sup> édition chapitre 2.6.1  
 according to the 11th European Pharmacopoeia Edition, chapter 2.6.1

**ECHANTILLON(S)/SAMPLE(S)**
**Informations Client / Customer informations:**

|                                                         |                                   |                                                 |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Désignation :<br>Product name                           | ClearKlens Cleansinald RTU VH9S S | Numéro de commande :<br>Order number            | FBC01138 |
| Référence client :<br>Customer reference                | 100848253                         | POE :<br>SIP                                    |          |
| Numéro de lot :<br>Batch number                         | SPH28082023                       | Matériau(x) :<br>Material                       |          |
| Nombre d'échantillon(s) :<br>Sample quantity            | 1                                 | Donnée de stérilisation :<br>Sterilization date |          |
| N° cahier des charges<br>(N° of conditions of contract) |                                   |                                                 |          |
| Commentaire(s) :<br>Comment(s)                          | 10 Bidons poolés de 5 L           |                                                 |          |

**Informations Medical Group / Medical Group informations:**

 Date de réception : mercredi 6 septembre 2023      Date de réalisation : mardi 12 septembre 2023  
 Receipt date      Testing date

**PROTOCOLE/PROTOCOL**

|                                                              |                   |    |                                                                        |         |    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| Volum d'échantillon filtré :<br>Filtered sample volume :     | 500               | ml | Volume de rinçage :<br>Rinsing volume :                                | 3 x 100 | ml |
| Solution neutralisante :<br>Neutralizing solution :          | DNP + Thiosulfate |    | Volume d'immersion de la membrane :<br>Immersion volume of membranes : | 100     | ml |
| Nombre de milieux testés :<br>Number of Environment tested : | 2                 |    |                                                                        |         |    |

| Conditions<br>Conditions                                       | Milieux de culture<br>Environment of culture                          | Température d'incubation<br>Incubation temperature | Durée d'incubation<br>Incubation period |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bactéries aérobies, levures, champignons<br>Aerobic and fungal | Bouillon Trypcase Soja<br>Tryptone soy solution                       | 22,5 ± 2,5°C                                       | 14 jours<br>14 days                     |
| Bactéries anaérobies et aérobies<br>Anaerobic and aerobic      | Bouillon Thioglycolate avec<br>Résazurine<br>Thioglycolate Resazurine | 32,5 ± 2,5°C                                       | 14 jours<br>14 days                     |

Validation de la méthode  
Method validation

09/OI/VAL.STE/016a

**RESULTATS / RESULTS**

| Conditions / Milieux de culture<br>Conditions / Media of culture                                                              | Examen de la croissance microbienne du milieu<br>Examination of the microbial growth in the media |                |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                               | Après 7 jours<br>After 7 days                                                                     |                | Après 14 jours<br>After 14 days |                |
| Bactéries aérobies, levures et moisissures /<br>Bouillon Trypcase Soja<br>Aerobic and fungal / Tryptone soy solution          | 1                                                                                                 | Limpide/Limpid | 1                               | Limpide/Limpid |
|                                                                                                                               | 0                                                                                                 | Trouble/Cloudy | 0                               | Trouble/Cloudy |
| Bactéries anaérobies et aérobies / Bouillon<br>Thioglycolate<br>Anaerobic and aerobic / Thioglycolate<br>Resazurine solution) | 1                                                                                                 | Limpide/Limpid | 1                               | Limpide/Limpid |
|                                                                                                                               | 0                                                                                                 | Trouble/Cloudy | 0                               | Trouble/Cloudy |

**CONTRÔLES / CONTROLS**

|                                                                                                       |   |   |                                                                                    |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| Contrôle plan de travail avant / après (UFC)<br>Work plan control before / after (CFU)                | 0 | 0 | Contrôle de gants gauche / droit (UFC)<br>Glove control product left / right (CFU) | 0        | 0 |
| Air sous flux laminaire statique / dynamique (UFC)<br>Laminar flow air control static / dynamic (CFU) | 0 | 0 | Contrôle témoins de manipulation<br>Control handling indicators                    | Conforme |   |

**CONCLUSION**

 Les échantillons testés ne présentent pas de croissance microbienne après 14 jours d'incubation  
 Tested products doesn't shown any microbial development after 14 days of incubation.

**Aucun** produit ne s'est révélé positif lors de cet essai.

**No** Product was positive during the test.

 Rédigé par : **Gloria PEISEY**  
 Technicienne Microbiologie  
 Microbiology technician  
 Date : mercredi 27 septembre 2023

 Approuvé par : **Mathilde DJAALAB**  
 Responsable Laboratoire Microbiologie  
 Microbiology Laboratory Manager

 Le présent rapport ne peut être reproduit totalement ou partiellement qu'avec l'approbation du laboratoire et ne concerne que les objets soumis à l'essai  
 This report may not be reproduced in whole or part without the approval of the laboratory and only involves the tested products

**MedicalGroup**

33, route de Lyon 69800 Saint-Priest - France

Tel. +33 (0)4 72 81 22 62 - Fax. +33 (0)4 72 81 22 72

Resultats conformes  
 le 27/09/2023  
 AGK2



<http://www.steris-ast.com>

## Certificate of Irradiation

Date Issued: 10-Jul-2023

FR02S12751857-1-1

This is to certify that Synergy Health Marcoule, a STERIS Company has where appropriate delivered an irradiation process in accordance with the current certified standards:

EN ISO 11137-1 Sterilisation of Health Care Products  
EN ISO 13485 Quality System - Medical Devices

SIMA PHARMA  
ZI  
54, avenue de la Plaine  
13790 ROUSSET  
FRANCE

### Order Information

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Account Number:                      | 142994                    |
| Synergy Health Sales Part Reference: | 1135482                   |
| Customer Reference Number:           | FBC01062 - 05/07/2023     |
| Product Description:                 | 320315P - Consommables 5L |
| Validation Reference:                | S12119969                 |
| Quantity Received:                   | 12                        |
| Customer Minimum Specification kGy:  | 25.0                      |
| Customer Maximum Specification kGy:  | 45.0                      |
| Customer Unit Lot/Batch Number:      | OFC000120                 |

### Irradiation Data

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Date and Time of Irradiation: | 08-JUL-2023 17:12 |
| Calculated Minimum Dose kGy:  | 28.9              |
| Calculated Maximum Dose kGy:  | 40.0              |

**SIMA PHARMA**  
54 Avenue de la Plaine, ZI  
13106 ROUSSET Cedex  
Tél. 04 42 29 06 43 - Fax 04 42 29 06 75  
SAS au capital de 1 000 €  
RCS AIX 821 995 511

Regu 10/07/23

control ok

CARRIER E.

Irradiation Release Authorised By Synergy Health Marseille SAS, a STERIS Company

Processing Site: Lieu-dit Combe Bertrand, RD 138, 30200 CHUSCLAN, , Phone No: +33 (0) 4 66 903 940

Registered Office: M.I.N. 712 - Arnavaux, 13323 Marseille Cedex 14, FRANCE

N° TVA: FR59 343 092 540