

Référence de votre commande : 4534642241 du 06/01/2025

54 avenue de la Plaine

Z.I. de Rousset

13790 ROUSSET

SAS au capital de 1 000 €

RCS :  
SIRET : 82199551100010  
N/Id CEE : FR68821995511  
Téléphone : 04 42 29 06 43  
Télécopie : 04 42 29 06 75  
Email :  
Site :

### Facturation

DIVERSEY EUROPE OPERATIO  
Maarssebroeksedijk 2

3542 DN UTRECHT  
Pays bas

V/Id CEE : NL851079623B01

### Livraison

H. Essers en Zonen Int.  
Transport NV  
Henry Fordlaan 8 14 D-E  
3600 GENK  
Belgique

Nous avons bien reçu votre commande et vous en remercions. Le délai de livraison indiqué ci-dessus n'est donné qu'à titre indicatif. La commande sera exécutée conformément aux "CONDITIONS GENERALES DE VENTES" de SIMA PHARMA.  
Réserve de propriété : Les marchandises commandées demeurent notre propriété jusqu'au complet paiement de leurs prix en principal frais et accessoires, notamment dans les conditions des articles 121 et 122 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; toute condition contraire à la présente clause de réserve de propriété, résultant des conditions générales, des bons de commande, ou plus généralement de tout document quelconque de l'acquéreur, nous est inopposable sans qu'il soit besoin de protestation de notre part. Toute réclamation concernant une livraison doit être formulée au plus tard 8 jours après réception de nos marchandises.  
A la réception de la marchandise, vous en serez le dépositaire et vous ne pourrez les transformer ou les revendre sans notre accord et avant paiement intégral du prix.  
Pendant la durée de réserve de propriété, les risques en cas de perte ou de destruction des biens livrés sont à votre charge.

Référence	Désignation	Qté	Reliquat
PRESTAPHARMA	Commande n°BC001147 du 07/01/2025		
7516051	Prestation de conditionnement pharmaceutique	1,00	
	DI CK Tego 2000 RTU VH25S S 4x5L W4557	168,00	
	Lot SPH14032025		
CSMJTL	Commande Soldée	1,00	
	Enlèvement par MJTL, livraison chez H. ESSERS EN ZONEN INT.		
	168 colis sur 7 palettes		
	Poids 3775 Kg		
	Certificat de conformité ci-joint		

<b>SIMA PHARMA</b>	Form	SP-PR-LIB-F-020	Status : APPLICABLE
	<b>Certificate of Analysis DIVERSEY for ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S 4x5L</b>		Date of application : 13/07/2023
			Index : 01

	<b>ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S 4x5L SKU 7516051</b>
<b>Batch Number</b>	SPH14032025
<b>Production date</b>	03/2025
<b>Expiration Date</b>	08/2026

This is to certify that the above batch of product has been tested and conforms to the manufacturing Quality Control specification for the product.

<b>ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S</b>				
<b>Test</b>	<b>Test Method</b>	<b>Specification</b>	<b>Unit</b>	<b>Results</b>
Appearance	PS-CON-I-029	Clear colorless liquid	N/A	Clear colorless liquid
Relative density (20°C)	PS-CON-I-027	0.980 - 1.020	-	1.000
pH (neat Solution 20°C)	PS-CON-I-040	6.2 - 8.2	-	7.9

<b>Water routine test</b>				
Microbiological Quality of WFI Water	Water PPI VRAC European pharmacopoeia	<10 cfu/100ml	CFU / 100mL	<1


**Control of the Sterility of the product:**

<b>Test</b>	<b>Test Method</b>	<b>Specification</b>	<b>Conformity</b>	<b>Reference number</b>
Sterilization	Gamma Irradiation	25.0 - 45.0 (kGy)	C	2013-6917A 2013-7708A 2013-7710A
Sterility certificate	Membrane filtration sterility testing EP 11.0 2.6.1	No Growth	C	25/CBH/STE/049

The analysis results above could change over time in function of the storage temperature. It is imperative to store the products according to the recommended conditions indicated in the Safety Data Sheet.

<b>SIMA PHARMA</b>	<b>Form</b>	<b>SP-PR-LIB-F-020</b>	<b>Status : APPLICABLE</b>
	<b>Certificate of Analysis DIVERSEY for ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S 4x5L</b>		<b>Date of application : 13/07/2023</b>
			<b>Index : 01</b>

	<b>ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S 4x5L SKU 7516051</b>
<b>Batch Number</b>	SPH14032025
<b>Production date</b>	03/2025
<b>Expiration Date</b>	08/2026

<i>We certify that, except for the exceptions or deviations listed above, the quoted supply has been manufactured and tested in accordance with the requirements of the specifications in force</i>	
<b>SIMA-PHARMA Control (Responsible for the production process of the final product) :</b>	<b>Stamp and signature</b>
<b>Name:</b> LOPEZ <b>Position:</b> PDG <b>Produced on behalf of Diversey at :</b> Sima Pharma: Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Av. de la Plaine, 13790 Rousset, France <b>Date :</b> 16/04/2025	 <p><b>SIMA PHARMA</b>  54 Avenue de la Plaine, ZI  13106 ROUSSET Cedex  Tel. 04 42 29 06 43 - Fax 04 42 29 06 75  SAS au capital de 1 000 €  RCS AIX 821 996 611</p>

\*\*\*End of certificate of analysis\*\*\*

For further information, please contact Diversey at [pharma@diversey.com](mailto:pharma@diversey.com)

**Rapport d'essai - Essai de stérilité par la méthode de filtration sur membrane**  
**Test report - Membrane filtration sterility testing**

 Selon la Pharmacopée Européenne 11<sup>e</sup> édition chapitre 2.6.1  
 According to the 11th European Pharmacopoeia Edition, chapter 2.6.1  
 USP <71>
**ECHANTILLON(S)/SAMPLE(S)****Informations Client / Customer informations:**

Désignation : Product name :	Clearkiens Tego 2000 RTU VH25S S	Número de commande : Order number :	FBC02425
Référence client : Customer reference :	7516051	POE : SIP :	
Numéro de lot : Batch number :	SPH14032025	Matériau(x) : Material :	
Nombre d'échantillon(s) : Sample quantity :	1	Donnée de stérilisation : Sterilization date :	
Commentaire(s) : Comment(s) :	10 bidons poelés de 5L		

**Informations Medical Group / Medical Group informations:**

Date de réception : Receival date :	lundi 24 mars 2025	Date de réalisation : Testing date :	mardi 26 mars 2024
--	--------------------	---	--------------------

**PROTOCOLE/PROTOCOL**

Volume d'échantillon filtré : Filtered sample volume :	500 ml	Volume de rinçage : Rinsing volume :	3 x 100 ml
Solution neutralisante : Neutralizing solution :	DNP + Thiosulfate	Volume d'immersion de la membrane : Immersion volume of membranes :	100 ml
Nombre de milieux testés : Number of Environment tested :	2		

Conditions Conditions	Milieux de culture Environment of culture	Température d'incubation Incubation temperature	Durée d'incubation Incubation period
Bactéries aérobies, levures, champignons Aerobic and fungal	Bouillon Trypcase Soja Tryptone soy solution	22,5 ± 2,5°C	14 jours 14 days
Bactéries anaérobies et aérobies Anaerobic and aerobic	Bouillon Thioglycolate avec Résazurine Thioglycolate Resazurine	32,5 ± 2,5°C	14 jours 14 days

Validation de la méthode  
Method validation: **09/01/VAL..STE/022a**

**RESULTATS / RESULTS**

Conditions / Milieux de culture Conditions / Media of culture	Examen de la croissance microbienne du milieu Examination of the microbial growth in the media			
	Après 7 jours After 7 days		Après 14 jours After 14 days	
Bactéries aérobies, levures et moisissures / Bouillon Trypcase Soja Aerobic and fungal / Tryptone soy solution	1	Limpide/Limpid	1	Limpide/Limpid
	0	Trouble/Cloudy	0	Trouble/Cloudy
Bactéries anaérobies et aérobies / Bouillon Thioglycolate Anaerobic and aerobic / Thioglycolate Resazurine solution)	1	Limpide/Limpid	1	Limpide/Limpid
	0	Trouble/Cloudy	0	Trouble/Cloudy

**CONTROLES / CONTROLS**

Contrôle plan de travail : avant / après (UFC) Work plan control before / after (CFU)	0	0	Contrôle de gants gauche / droit (UFC) : Glove control product left / right (CFU) :	0	0
Air sous flux laminaire statique / dynamique (UFC) Laminar flow air control: static / dynamic (CFU)	0	0	Contrôle témoins de manipulation : Control handling indicators :	Conforme	

**CONCLUSION**
 Les échantillons testés ne présentent pas de croissance microbienne après 14 jours d'incubation  
 Tested products doesn't shown any microbial development after 14 days of incubation.

**Aucun** produit ne s'est révélé positif lors de cet essai.

**No** Product was positive during the test.
Rédigé par : **Gloria PEISEY**

Technicienne Microbiologie

Date : mercredi 16 avril 2025

Approuvé par : **Matthieu DUJALAB**Responsable Lab. de Microbiologie  
Microbiology Laboratory Manager
 Le présent rapport ne peut être reproduit totalement ou partiellement qu'avec l'approbation du laboratoire et ne concerne que les objets soumis à l'essai.  
 This report may not be reproduced in whole or part without the approval of the laboratory and only involves the tested products.
**MedicalGroup**33, route de Lyon 69800 Saint-Priest - France  
Tel. : +33 (0)4 72 81 22 62 - Fax : +33 (0)4 72 81 22 72**SIMA PHARMA**54 Avenue de la Plaine, ZI  
13106 ROUSSET Cedex  
Tél. 04 42 29 06 43 - Fax 04 42 29 06 75  
SAS au capital de 1 000 €  
RCS AIX 821 995 511
 Contrôle ok  
 NOUVEAU i.  
 16/04/2025

**STERIS : Certificat de Traitement**

Préparé pour **SIMA PHARMA (11582)**  
 Gamma Run ID de traitement **2013-6917A**

<u>Code produit</u>	<u>N° de Lot</u>	<u>Quantité</u>	<u>UDM</u>
320315P - Consumables 5L SIMA PHARMA	<b>OFC000283</b>	4	Pallet
Numéro de référence de validation	S12750037		

Date de début du run de traitement **07-déc.-2024 10:43**

Date de fin du run de traitement **07-déc.-2024 14:29**

Fourchette de dose spécifiées kGy	<b>25,0 - 45,0</b>	Dose minimum calculée en kGy	<b>26,5</b>
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------

Fourchette de doses de référence kGy	<b>30,3 - 40,2</b>	Dose maximum calculée en kGy	<b>36,4</b>
--------------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------

PO Number: FBC02146 - 05/12/2024

Le produit répond aux spécifications Client ; aucune non-conformité au cours de ce run de traitement

**Gamma Process Run Approval authorized by STERIS**

Date Heure Esignature **09-déc.-2024 11:47**

Les sites de traitement sont conformes aux réglementations applicables et fournissent des services dans le cadre d'un système qualité certifié qui répond aux exigences de la FDA QSR et des normes certifiées en vigueur EN ISO 13485 et EN ISO 11137-1.

**Site de Traitement**

**STERIS Marcoule**  
**Synergy Health Marseille SAS,**  
 a STERIS Company  
 Lieu-dit Combe Bertrand - RD 138  
 30200 CHUSCLAN  
 France

**SIMA PHARMA**  
 54 Avenue de la Plaine, ZI  
 13106 ROUSSET Cedex  
 Tél. 04 42 29 06 43 - Fax 04 42 29 06 75  
 SAS au capital de 1 000 €  
 RCS AIX 821 995 511

Contrôle ok  
 NOUVEAU i. *pp*  
 09/12/2024

Document ID: 2639

# STERIS : Certificat de Traitement

Préparé pour **SIMA PHARMA (11582)**  
Gamma Run ID de traitement **2013-7708A**

<u>Code produit</u>	<u>N° de Lot</u>	<u>Quantité</u>	<u>UDM</u>
320315P - Consommables 5L SIMA PHARMA	OFC000295	5	Pallet
Numéro de référence de validation	S12750037		

Date de début du run de traitement **14-févr.-2025 19:42**  
 Date de fin du run de traitement **14-févr.-2025 23:45**

Fourchette de dose spécifiées kGy	<b>25,0 - 45,0</b>	Dose minimum calculée en kGy	<b>26,6</b>
Fourchette de doses de référence kGy	<b>30,3 - 40,2</b>	Dose maximum calculée en kGy	<b>36,4</b>

PO Number: FBC02324 - 12/02/2025

Le produit répond aux spécifications Client ; aucune non-conformité au cours de ce run de traitement


**Gamma Process Run Approval authorized by STERIS**  
 Date Heure Esigature **17-févr.-2025 11:50**

Les sites de traitement sont conformes aux réglementations applicables et fournissent des services dans le cadre d'un système qualité certifié qui répond aux exigences de la FDA QSR et des normes certifiées en vigueur EN ISO 13485 et EN ISO 11137-1.

**Site de Traitement**

**STERIS Marcoule**  
**Synergy Health Marseille SAS,**  
 a STERIS Company  
 Lieu-dit Combe Bertrand - RD 138  
 30200 CHUSCLAN  
 France

**SIMA PHARMA**  
 54 Avenue de la Plaine, ZI  
 13106 ROUSSET Cedex  
 Tél. 04 42 29 06 43 - Fax 04 42 29 06 75  
 SAS au capital de 1 000 €  
 RCS AIX 821 995 511

Contrôle de  
 NOUVEAU i  
 17/02/2025 

**STERIS : Certificat de Traitement**

Préparé pour **SIMA PHARMA (11582)**  
 Gamma Run ID de traitement **2013-7710A**

<u>Code produit</u>	<u>N° de Lot</u>	<u>Quantité</u>	<u>UDM</u>
320315P - Consumables 5L SIMA PHARMA	OFC000291	7	Pallet

Numéro de référence de validation **S12750037**

Date de début du run de traitement **14-févr.-2025 20:28**

Date de fin du run de traitement **15-févr.-2025 0:40**

Fourchette de dose spécifiées kGy	<b>25,0 - 45,0</b>	Dose minimum calculée en kGy	<b>26,8</b>
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------

Fourchette de doses de référence kGy	<b>30,3 - 40,2</b>	Dose maximum calculée en kGy	<b>36,7</b>
--------------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------

PO Number: FBC02322 - 12/02/2025

Le produit répond aux spécifications Client ; aucune non-conformité au cours de ce run de traitement

**Gamma Process Run Approval authorized by STERIS**

Date Heure Esignature **17-févr.-2025 12:05**

Les sites de traitement sont conformes aux réglementations applicables et fournissent des services dans le cadre d'un système qualité certifié qui répond aux exigences de la FDA QSR et des normes certifiées en vigueur EN ISO 13485 et EN ISO 11137-1.

**Site de Traitement**

**STERIS Marcoule**  
**Synergy Health Marseille SAS,**  
 a STERIS Company  
 Lieu-dit Combe Bertrand - RD 138  
 30200 CHUSCLAN  
 France

**SIMA PHARMA**  
 54 Avenue de la Plaine, ZI  
 13106 ROUSSET Cedex  
 Tél. 04 42 29 06 43 - Fax 04 42 29 06 75  
 SAS au capital de 1 000 €  
 RCS AIX 821 995 511

Contrôle OK  
 NOUVEAU i. *[Signature]*  
 17/02/2025

Document ID: 29758