

54 avenue de la Plaine

Z.I. de Rousset

13790 ROUSSET

SAS au capital de 1 000 €

RCS :
SIRET : 82199551100010
N°id CEE : FR68821995511
Téléphone : 04 42 29 06 43
Télécopie : 04 42 29 06 75
Email :
Site :

Référence de votre commande : 4535279178 du 07/04/2026

Facturation

DIVERSEY EUROPE OPERATIO
DE CORRIDOR 4

3621 ZB BREUKELEN

Pays bas

V°id CEE : NL851079623B01

Livraison

H. Essers en Zonen Int.

Transport NV

Henry Fordlaan 8 14 D-E

3600 GENK

Belgique

Nous avons bien reçu votre commande et vous en remercions. Le délai de livraison indiqué ci-dessus n'est donné qu'à titre indicatif. La commande sera exécutée conformément aux "CONDITIONS GENERALES DE VENTES" de SIMA PHARMA.

Réserve de propriété : Les marchandises commandées demeurent notre propriété jusqu'au complet paiement de leurs prix en principal frais et accessoires, notamment dans les conditions des articles 121 et 122 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; toute condition contraire à la présente clause de réserve de propriété, résultant des conditions générales, des bons de commande, ou plus généralement de tout document quelconque de l'acquéreur, nous est inopposable sans qu'il soit besoin de protestation de notre part. Toute réclamation concernant une livraison doit être formulée au plus tard 8 jours après réception de nos marchandises.

A la réception de la marchandise, vous en serez le dépositaire et vous ne pourrez les transformer ou les revendre sans notre accord et avant paiement intégral du prix.

Pendant la durée de réserve de propriété, les risques en cas de perte ou de destruction des biens livrés sont à votre charge.

Référence	Désignation	Qté	Reliquat
PRESTAPHARMA 7516051 CSMJTL	Commande n°BC001668 du 08/04/2026		
	Prestation de conditionnement pharmaceutique	1,00	
	DI CK Tego 2000 RTU VH25S S 4x5L W4557 Lot SPH23072026	167,00	
	Commande Soldée Enlèvement par MJTL,	1,00	
	167 colis sur 7 palettes (Palette n°7 incomplète)		
	Poids 3739 Kg		
	Certificat de conformité ci-joint		
	3 colis livraison chez MEDICAL LAB par Ciblex Poids 55Kg		

SIMA PHARMA	Form	SP-PR-LIB-F-020	Creation date : 13/07/2023
	Certificate of Analysis DIVERSEY for ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S 4x5L		Modification date : 01/04/2025
			Index : 03

 ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S 4x5L SKU 7516051	
Batch Number	SPH23072026
Production date	08/2026
Expiration Date	12/2027

This is to certify that the above batch of product has been tested and conforms to the manufacturing Quality Control specification for the product.

ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S				
Test	Test Method	Specification	Unit	Results
Appearance	<u>SP-PR-LIB-I-011</u>	Clear colorless liquid	N/A	Clear colorless liquid
Relative density (20°C)	<u>SP-PR-LIB-I-010</u>	0.980 - 1.020	-	0,998
pH (neat Solution 20°C)	PS-CON-I-021	6.2 - 8.2	-	8.0

Water routine test				
Microbiological Quality of WFI Water	Water PPI VRAC European pharmacopoeia	<10 cfu/100ml	CFU / 100mL	<1

Control of the Sterility of the product:

Test	Test Method	Specification	Conformity	Reference number
Sterilization	Gamma Irradiation	25.0 - 45.0 (kGy)	C	2013-14098A
Sterility certificate	Membrane filtration sterility testing EP 11.0 2.6.1	No Growth	C	26/CBH/STE/0121

The analysis results above could change over time in function of the storage temperature. It is imperative to store the products according to the recommended conditions indicated in the Safety Data Sheet.

SIMA PHARMA	Form	SP-PR-LIB-F-020	Creation date : 13/07/2023
	Certificate of Analysis DIVERSEY for ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S 4x5L		Modification date : 01/04/2025
			Index : 03

 ClearKlens Tego 2000 RTU VH25S 4x5L SKU 7516051	
Batch Number	SPH23072026
Production date	08/2026
Expiration Date	12/2027

<i>We certify that, except for the exceptions or deviations listed above, the quoted supply has been manufactured and tested in accordance with the requirements of the specifications in force</i>	
SIMA-PHARMA Control (Responsible for the production process of the final product) :	Stamp and signature
Name: <i>B. T. H. A. N.</i> Position: <i>General Manager</i> Produced on behalf of Diversey at : Sima Pharma: Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Av. de la Plaine, 13790 Rousset, France Date : <i>18/08/20</i>	 SIMA PHARMA 54 Avenue de la Plaine. ZI 13106 ROUSSET Cedex Tél. 04 42 29 06 43 - Fax 04 42 29 06 75 SAS au capital de 1 000 € RCS AIX 821 995 511

End of certificate of analysis

For further information, please contact Diversey at pharma@diversey.com

 MedicalGroup LABORATOIRE D'ANALYSE	Rapport d'essai - Essai de stérilité par la méthode de filtration sur membrane Test report - Membrane filtration sterility testing		Rapport N° : Report N° :	26.CBH/STE/0121
			Client : Customer :	SIMAPHARMA 44 Avenue de la Plaine ZI de Roussel 13106 ROUSSET
Selon la Pharmacopée Européenne 11 ^e édition chapitre 2.6.1 According to the 11th European Pharmacopoeia Edition, chapter 2.6.1 USP <71>				
Informations Client Customer informations				
Désignation : Designation:	CLEARKLENS TEGO SKU	Numéro de commande : Order number :	FBC03494	
Référence client : Customer reference:	7516051	POE : SIP :	LIQUIDE	
Numéro de lot : Batch number:	SPH23072026	Matériau(x) : Material :		
Nombre d'échantillon(s) : Sample quantity :	1	Donnée de stérilisation : Sterilization data :	GAMMA 25/45 KGY	
Commentaire(s) : Comment(s):	10BIDONS DE 5L			
Informations Medical Group Medical Group informations				
Date de réception : Receipt date :	jeudi 27 août 2026	Date de réalisation : Testing date :	jeudi 3 septembre 2026	
Protocole Protocol				
Volume d'échantillon filtré (mL): Filtered sample volume (mL):		500		
Solution neutralisante : Neutralizing solution :		DNP + Thiosulfate		
Nombre de milieux testés : Number of Environment tested :		2		
Volume de rinçage (mL) : Rinsing volume (mL):		3 x 100		
Volume d'immersion de la membrane (mL): Immersion volume of membranes (mL)		100		
Validation de la méthode Method validation		09/OI/VAL.STE/022a		
Tableau des milieux de cultures sélectionnés et durée d'incubation Table of selected culture media and incubation period				
Conditions Conditions	Milieux de culture Environment of culture	Température d'incubation Incubation temperature	Durée d'incubation Incubation period	
Bactéries aérobies, levures, champignons Aerobic and fungal	Bouillon Trycose Soja Tryptone soy solution	22.5 ± 2.5°C	14 jours 14 days	
Bactéries anaérobies et aérobies Anaerobic and aerobic	Bouillon Thioglycolate avec Résazurine Thioglycolate Resazurine solution	32.5 ± 2.5°C	14 jours 14 days	
Résultats Results				
Examen de la croissance microbienne du milieu Examination of the microbial growth in the media				
Conditions / Milieux de culture Conditions / Media of culture	Après 3 à 5 jours After 3 to 5 days	Après 7 jours After 7 days	Après 14 jours After 14 days	
Bactéries aérobies, levures et moisissures / Bouillon Trycose Soja Aerobic and fungal / Tryptone soy solution	1	1	1	Limpide/Limpid
	0	0	0	Trouble/Cloudy
Bactéries anaérobies et aérobies / Bouillon Thioglycolate Anaerobic and aerobic / Thioglycolate Resazurine solution	1	1	1	Limpide/Limpid
	0	0	0	Trouble/Cloudy
Contrôle environnementale Environmental control				
Contrôle plan de travail : avant / après (UFC) Work plan control: before / after (CFU)	0	0	Contrôle de gants gauche / droit (UFC) : Glove control product left / right (CFU) :	0
				0
Air sous flux laminaire statique / dynamique (UFC) Laminar flow air control: static / dynamic (CFU)	0	0	Contrôle témoins de manipulation : Control handling indicators :	Conforme
Conclusion Conclusion				
Les échantillons testés ne présentent pas de croissance microbienne après 14 jours d'incubation Tested products doesn't shown any microbial development after 14 days of incubation. Aucun produit ne s'est révélé positif lors de cet essai. No Product was positive during the test.				
Signatures Signin				
Rédigé par : Written by :	Laurine BROUSSE Technicienne Microbiologie Technician Microbiology	Approuvé par : Approved by :	Mathilde DUALAB Responsable Laboratoire Microbiologie Microbiology Laboratory Manager Le : On:	
			11 septembre 2026	
Le présent rapport ne peut être reproduit totalement ou partiellement qu'avec l'approbation du laboratoire et ne concerne que les objets soumis à l'essai. NB: the uncertainties associated with the results have not been taken into account; they can be transmitted on request. This report cannot be reproduced completely or partially only with the approval of the laboratory and relates to only the products submitted for testing.				

STERIS : Certificat de Traitement

Préparé pour **SIMA PHARMA (11582)**
Gamma Run ID de traitement **2013-14098A**

<u>Code produit</u>	<u>N° de Lot</u>	<u>Quantité</u>	<u>UDM</u>
320351P - Consommables SIMA PHARMA type 1	OFC000407	9	Pallet

Numéro de référence de validation 2013-2860_Rev initiale

Date de début du run de traitement 13-juil.-2026 6:49

Date de fin du run de traitement 13-juil.-2026 11:37

Fourchette de dose spécifiées 25,0 - 45,0 Dose minimum calculée en kGy 27,7

Fourchette de doses de référence kGy 32,1 - 41,3 Dose maximum calculée en kGy 40,0

PO Number: FBC03420 - 10/07/2026

Le produit répond aux spécifications Client ; aucune non-conformité au cours de ce run de traitement

Gamma Process Run Approval authorized by STERIS

Date Heure Esignature 13-juil.-2026 16:32

Les installations en exploitation sont conformes aux réglementations locales, nationales et fédérales applicables et fournissent des services dans le cadre d'un système qualité certifié qui répond aux exigences suivantes (le cas échéant) : Version actuelle certifiée FDA QMSR, ISO 9001, ISO 13485, BPF pharmaceutiques nationales (BPF UE, Directive 2017/1572 de la Commission, Règlement vétérinaire [UE] 2019/6, etc.) et conforme à la version actuelle de la norme ISO 11137. STERIS AST certifie que ces produits traités ont reçu les doses indiquées, conformément à la précision et à la justesse du système de dosimétrie utilisé. Le produit a été traité conformément aux exigences de l'accord client et/ou des spécifications du client.

Site de Traitement

STERIS Marcoule
Synergy Health Marseille SAS,
a STERIS Company
Lieu-dit Combe Bertrand - RD 138
30200 CHUSCLAN
France

SIMA PHARMA
54 Avenue de la Plaine, ZI
13106 ROUSSET Cedex
Tél. 04 42 29 06 43 - Fax 04 42 29 06 75
SAS au capital de 1 000 €
RCS AIX 821 995 511

Contrôle ok
NOUVEAU I. 
15/07/2026