

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Customer/Client</u><br>DIVERSEY Europe Operations BV | Management Quality Manual n° MMQ0000<br>(contractual)/Référentiel Plan Qualité n° MMMQ0000 (en vigueur) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <u>Product/Produit dosé</u><br>Clearklens IPA 70% Non stérile 10x1L<br>SKU 101103548 | <u>Control report nb/N° de rapport d'essai</u><br>CERT 201013 |
| <u>Specification reference/ Référence CDC</u><br>CDC Edition n°3 October 2018        |                                                               |
| <u>Analyst/Analyste</u><br>JAR                                                       | <u>Purchase order nb/n° bon de commande</u><br>4702630852     |
|                                                                                      | <u>Date of receipt/Date de réception :</u><br>12/16/2020      |

**PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES CONTROL / CONTRÔLE DES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

|                                                                     |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>Customer's batch n°/ N° de lot client :</u><br>ENT48717 20 346   | <u>Certificate N° STERIS/N° de certificat STERIS :</u><br>NA |
| <u>Date of manufacturing / Date de fabrication :</u><br>December-20 | <u>Quantity produced/ Quantité produite :</u><br>800 x 1L    |
| <u>Expiry date / Date de péremption :</u><br>December-22            | <u>FIDT N° :</u><br>1821 0                                   |
| <u>ECP's batch N° / n° Lot ECP :</u><br>48717                       | <u>Analysis date/Date d'analyse :</u><br>12/16/2020          |

**Results/Résultats**

| Characteristics analysed/Caractéristiques analysées                           | Analysis method/Méthode d'analyse | State in the production / Situation de l'échantillon dans la production<br>Beginning / Début | Specification                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Appearance at 20°C<br>Aspect à 20°C                                           | NA                                | Clear, colourless liquid                                                                     | Clear, colourless liquid /<br>Limpide et incolore |
| Density/Densité (20°C)                                                        | IDT0301                           | 0,871                                                                                        | 0,8699-0,8798                                     |
| Microbiological Quality of water<br>WFI /<br>Qualité microbiologique de l'EDI | IDT0236                           | <1 CFU / 100ml                                                                               | <10 CFU / 100ml                                   |

C : Compliant/Conforme    NC : No Compliant/Non conforme  
NA : No Applicable

Conclusion :    ☒ COMPLIANT/CONFORME    ☐ NO COMPLIANT/NON CONFORME

*Batch released by ML. AUGUSTE 22/12/2020*

|                   |                                    |                                      |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Date : 12/21/2020 | Written by/Etabli par : J. ARNOULD | Checked by/Vérifié par : ML. AUGUSTE |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|